

# تعليمات خطوة بخطوة لحقن Clexane® Safety Lock



لقد وُصف لكم **Clexane Safety Lock**. في حال  
كانت لديكم أية أسئلة بخصوص دوائكم أو كيفية حقن أنفسكم،  
يرجى طرح الأسئلة على طبيبك.

## قبل حقن Clexane Safety Lock



افحصوا المصق أو غلبة الكرتون للتأكد من عدم انتهاء صلاحية المحقنة. تأكدوا من عدم وجود عيب في المحقنة، وأن الدواء هو محلول صافٍ لا يحتوي على الجسيمات. لا تستخدموا المحقنة إذا كانت تالفة أو كان الدواء غير صافٍ. استخدموا محقنة أخرى.



اغسلوا أيديكم وموضع الحقن بالماء والصابون ثم جففوا أيديكم.



استلقوا أو اجلسوا في وضعية مريحة، بحيث يمكنكم بسهولة رؤية المنطقة من البطن التي سيتم بها الحقن. يعتبر كرسي التمديد أو الكرسي القابل لليسط أو السرير المدعم بالوسائد مثاليًا.



اختراروا موضعًا في الجانب الأيمن أو الأيسر من بطنكم، يبعد عن سرة البطن ما لا يقل عن 5 سم.  
تذكروا التبديل بين جانبيّ الحقن (الجانب الأيسر والأيمن من البطن) لكل حقنة.

## نصائح لحقن Clexane Safety Lock

### ما عليكم تجنبه


- ❌ لا تقوموا بتفعيل قفل الأمان إلى أن تتم إزالة المحقنة من جلدهم
- ❌ لا تقوموا بحقن المواضع التي بها تكدمات أو ندوب
- ❌ لا تقوموا بقرص التئمة الجلدية بشدة
- ❌ لا تقوموا بتدليك موضع الحقن بعد الانتهاء من الحقن، لأن ذلك قد يسبب حدوث تكدمات

### ما عليكم عمله

- ✅ قوموا بالحقن في نفس الوقت كل يوم، لعدد الأيام التي حددها طبيبيكم بالضبط
- ✅ قوموا بتبديل مواضع الحقن (بين الجانب الأيسر والأيمن من البطن) في كل مرة تقومون فيها بالحقن
- ✅ قوموا بالاتصال بطبيبيكم على الفور في حال فاتتكم جرعة أو أخذتم كمية أكبر مما يجب أو عانيتم من أية آثار جانبية
- ✅ قوموا دائمًا بالتحدث إلى طبيبيكم في حال كانت لديكم أية أسئلة أو مخاوف بخصوص علاجكم أو التعليمات الخاصة بالحقن
- ✅ انزعوا الإبرة من موضع الحقن قبل تفعيل قفل الأمان

# حقن Clexane Safety Lock

## 1. تحضير المحقنة



قوموا بإزالة غطاء الإبرة الواقي. في حال ظهور قطرة على رأس الإبرة، أزيلوا القطرة بالضغط على المحقنة بحيث تكون الإبرة موجهة إلى الأسفل. لا تقوموا بإخراج فقاعة الهواء. في حال كنتم بحاجة لتعديل الجرعة، انظروا فقرة تعديل الجرعات أدناه.

## 2. قرص ثنية جلدية



استلقوا أو اجلسوا في وضعية مريحة، وافرصوا موضع الحقن بلطف بين إبهامكم والسبابة لإحداث ثنية جلدية.

## 3. الحقن



ادخلوا الإبرة بالكامل في الثنية الجلدية بزاوية قطرها 90 درجة واضغطوا على المكبس إلى أن يتم حقن الدواء بالكامل. لا تقوموا بترك الثنية الجلدية أثناء قيامكم بالحقن.

## 4. إزالة الإبرة




أزيلوا الإبرة عبر سحبها مباشرة إلى الخارج، مع إبقاء إصبعكم على المكبس.

## 5. تفعيل قفل الأمان



قوموا بتوجيه الإبرة بعيداً عنكم وعن الآخرين، ثم قوموا بتفعيل قفل الأمان عبر ضغط المكبس بقوة. سيغطي الكم الواقي الإبرة تلقائياً وستسمعون صوت "تكة" مسموعة.

## 6. التخلص من المحقنة



تخلصوا من المحقنة على الفور في أقرب حاوية للأدوات الحادة. أغلقوا الغطاء بإحكام وضعوا الحاوية بعيداً عن متناول الأطفال. عندما تمتلئ الحاوية، قوموا بإعطائها إلى طبيبكم أو الممرض للتخلص منها. أعيدوا أي دواء غير مستخدم إلى الصيدلي. لا تتخلص من الدواء في النفايات المنزلية.

تعديل الجرعات: إذا ما أمركم طبيبكم بتعديل جرعتكم من Clexane Safety Lock، فستحتاجون إلى إخراج أي كمية زائدة من الدواء في وعاء مناسب قبل الحقن. امسكوا المحقنة بحيث تكون الإبرة متجهة إلى الأسفل واضغطوا المكبس حتى يستوي الجزء السفلي من فقاعة الهواء مع العلامة الموجودة على المحقنة التي تتوافق مع الجرعة التي أعطاكم إياها طبيبكم. في حال لم يتم إخراج كمية الدواء الزائدة قبل الحقن، لن يتم تفعيل قفل الأمان بنهاية الحقن.



للحصول على مزيد من المعلومات حول **Clexane Safety Lock**،  
يرجى الاطلاع على نشرة معلومات دواء Clexane الخاصة بالمستهلك  
وزيارة:

[www.vtematters.com.au/resources](http://www.vtematters.com.au/resources)  
كلمة المرور: support

(يرجى ملاحظة أن كلمة المرور حساسة لحالة الأحرف)

للتعرف على معلومات Sanofi الطبية، اتصل بالرقم

1 800 818 806

يرجى الاتصال باختصاصي الرعاية الصحية  
إذا كانت لديك أسئلة حول Clexane أو حالتك.



Scan the QR code to watch a  
video showing you how to inject  
Clexane Safety Lock at home.

المرجع:

1. Clexane and Clexane Forte Instructions for Use, Sanofi, 2014.

Sanofi-Aventis Australia Ptd Ltd Trading as Sanofi, ABN 31 008 558 807,  
Talavera Corporate Centre, Building D, 12-24 Talavera Road, Macquarie Park,  
NSW 2113. ©Clexane is a registered trademark for Sanofi-Aventis.  
MAT-AU-2200798. Date of preparation: March 2022. SACL24972W.

sanofi